



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 -- Janaúba – MG

RETIFICAÇÃO AO EDITAL

O Município de Janaúba/MG, por meio da comissão de licitações, nomeada pelo Sr. Prefeito José Aparecido Mendes Santos, no dia 06/01/2022, através da portaria 001/2022, publicada no quadro de avisos no dia 06/01/2022, vem no uso de suas atribuições, nos termos da lei, comunicar que foi retificada à especificação dos **itens 27 e 54** do processo 95/2022.

Onde se lê:

27	DEA - Desfibrilador Externo Automático	Essencial para a prestação de socorro rápido; desfibrilador automático para prover desfibrilação externa em pacientes adultos e pediátricos; Onda exponencial bifásica truncada; Bivolt; Com tela de ECG, SpO2 e metrônomo RPC (display LCD); Com pás de choque descartáveis (eletrodos); Deve possuir sistema de autoteste e memória para gravação do autoteste, memória para gravação de ECG e para eventos; com botão liga/desliga; botão entrega de choque; com botão paciente pediátrico ou com pás pediátricas; comandos de texto e voz (em Português) para orientar o socorrista.
----	--	--

Leia-se:

27	DEA Desfibrilador Externo Automático	- Desfibrilador automático para prover desfibrilação externa em pacientes adultos e pediátricos; Onda exponencial bifásica truncada; Bivolt; Com tela de ECG, SpO2 e metrônomo RPC (display LCD); Com pás de choque descartáveis (eletrodos); Deve possuir memória para gravação do auto-teste, memória para gravação de ECG e para eventos; com botão liga/desliga; botão entrega de choque; com botão paciente pediátrico ou com pás pediátricas; comandos de texto e voz (em Português) para orientar o socorrista.
----	--------------------------------------	--

Onde se Lê:

54	Refrigerador +2°+8°	Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. Capacidade para armazenamento: 420 litros ou 430 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Cinco gavetas deslizantes com trilhos telescópicos para seu total deslocamento do interior da câmara, ou prateleiras removíveis e ajustáveis fabricadas em aço inoxidável. Porta
----	---------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

	<p>de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega” por acesso vertical. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Iluminação interna temporizada em LED de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel com tempo programável pelo usuário. Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta e/ou ausência do pen drive diretamente no painel. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display. Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Chave geral de energia – liga desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas.</p>
--	--

Leia-se:

54	Refrigerador +2°+8°	<p>Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica. Capacidade para armazenamento: 420 litros ou 430 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Cinco gavetas deslizantes com trilhos telescópicos para seu total deslocamento do interior da câmara, ou prateleiras removíveis e ajustáveis fabricadas em aço inoxidável. Porta de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega” por acesso vertical. Isolamento térmico poderá ter a espessura de 50 à 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Iluminação interna temporizada em LED de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel com tempo programável pelo usuário. Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED,</p>
----	------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

	<p>programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta e/ou ausência do pen drive diretamente no painel. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display. Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Chave geral de energia – liga desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas.</p>
--	---

Janaúba/MG, 16 maio de 2022.

Eldon Oliveira das Neves
Setor de Licitações

Tamiris Greycielle de Paula Borges
Assessora Especial em Licitações