



MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

RETIFICAÇÃO AO EDITAL

O Município de Janaúba/MG, por meio da comissão de licitações, nomeada pelo Sr. Prefeito José Aparecido Mendes Santos, através da portaria 213/2023, vem no uso de suas atribuições, comunicar que foi retificado o edital do processo licitatório nº 97/2025.

Onde se lê, no ITEM 26:

26	Integrador químico p/ vapor - Caixa com 500 unidades	6.000	R\$ 199,04	R\$ 1.194.240,00
----	--	-------	------------	------------------

Leia-se:

26	Integrador químico p/ vapor - Caixa com 500 unidades	20 caixas	R\$ 199,04	R\$ 3.980,80
----	--	------------------	------------	---------------------

Onde se lê, no ITEM 27:

27	Jelco n 20-cateter intravenoso estéril, agulha siliconada, com bisel tri facetado n20 - cx c 100.	4000	R\$ 124,33	R\$ 497.333,33
----	---	------	------------	----------------

Leia-se:

27	Cateter Intravenoso Radiopaco Tamanho: G20 (20 Gauge); Comprimento do cateter: entre 30 mm e 33 mm; Fluxo mínimo: 60 ml/min; Material do cateter: poliuretano ou teflon, flexível, biocompatível, atóxico, não pirogênico e livre de látex; Mandril: agulha em aço inoxidável siliconizado, com bisel trifacetado para punção atraumática; Radiopacidade: cateter com linha radiopaca em toda a extensão, permitindo visualização em exames radiológicos; Câmara de refluxo: transparente, possibilitando imediata visualização do retorno sanguíneo; Conector: tipo luer lock universal, compatível com sistemas de infusão; Dispositivo de segurança: com protetor ou mecanismo de segurança contra acidentes perfurocortantes, em conformidade com normas de biossegurança; Esterilização: por óxido de etileno, garantindo esterilidade até o momento do uso; Embalagem: caixa com 100 unidades, embalado individualmente, estéril, inviolável, com identificação clara de fabricante, lote, validade e instruções de uso; Validade mínima na entrega: 24 meses; Registro na ANVISA: obrigatório, em conformidade com legislação vigente.	40 caixas	R\$ 124,33	R\$ 4.973,20
----	--	------------------	------------	---------------------



MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

Onde se lê, no ITEM 28:

28	Jelco n 22, cateter intravenoso estéril, agulha siliconada, com bisel tri facetado n22 - cx c 100.	15.000	R\$ 109,63	R\$ 1.644.400,00
----	--	--------	------------	------------------

Leia-se:

28	Cateter Intravenoso Radiopaco Tamanho: G22 (22 Gauge); Tipo: cateter intravenoso periférico com mandril metálico (agulha em aço inoxidável siliconizado e bisel trifacetado para punção atraumática); Comprimento do cateter: entre 25 mm e 32 mm; Fluxo: mínimo de 36 ml/min; Material: cateter em poliuretano ou teflon (atóxico, flexível, biocompatível, não pirogênico e livre de látex); Radiopacidade: corpo do cateter com linha radiopaca em toda sua extensão para visualização em exames radiológicos; Dispositivo de segurança: protetor para agulha ou sistema de segurança que evite acidentes perfurocortantes, conforme normas de biossegurança vigentes; Câmara de refluxo: transparente, permitindo visualização imediata do retorno sanguíneo; Conector: tipo luer lock universal, compatível com sistemas de infusão; Esterilização: por óxido de etileno, garantindo esterilidade até o momento do uso; Embalagem: caixa com 100 unidades, embalado individualmente, estéril, inviolável, com identificação do fabricante, número de lote, data de fabricação e validade; Validade mínima na entrega: 24 meses; Registro na ANVISA: obrigatório, em conformidade com a legislação vigente.	150 caixas	R\$ 109,63	R\$ 16.444,50
----	--	-------------------	-------------------	----------------------

Onde se lê, no ITEM 29:

29	Jelco N 24-Cateter Intravenoso estéril, agulha siliconada, com bisel tri facetado n24 - cx c 100.	15.000	R\$ 98,41	R\$ 1.476.150,00
----	---	--------	-----------	------------------

Leia-se:

29	Cateter Intravenoso Radiopaco Tamanho: G24 (24 Gauge); Comprimento do cateter: entre 19 mm e 25 mm; Fluxo mínimo: ≥ 20 ml/min; Material do cateter: poliuretano ou teflon, flexível, macio, biocompatível, atóxico, não pirogênico e livre de látex; Mandril: agulha em aço inoxidável siliconizado, com bisel trifacetado para punção precisa e menos traumática; Radiopacidade: presença de linha radiopaca em toda a extensão, permitindo identificação em exames radiológicos; Câmara de refluxo: transparente, para visualização imediata do retorno sanguíneo; Conector: tipo luer lock universal,	150 caixas	R\$ 98,41	R\$ 14.761,50
----	---	-------------------	------------------	----------------------



MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

compatível com sistemas de infusão; Dispositivo de segurança: protetor ou sistema de segurança contra acidentes perfurocortantes, conforme normas de biossegurança; Esterilização: por óxido de etileno, garantindo esterilidade até o momento do uso; Embalagem: caixa com 100 unidades, embalado individualmente, estéril, inviolável, com informações de fabricante, número de lote, validade e instruções de uso; Validade mínima na entrega: 24 meses; Registro na ANVISA: obrigatório, conforme legislação vigente.			
--	--	--	--

Salientamos que se trata de **correção de erro quantitativo e descrição**, necessária para assegurar que o processo licitatório esteja em conformidade com a real demanda, atendendo ao princípio da economicidade, eficiência e interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Janaúba/MG, 23 de setembro de 2025.

Tamiris Greycielle de Paula Borges

Assessora Especial em Licitações